



HUBER
X-RAY DIFFRACTION EQUIPMENT
SOMMERSTRASSE 4 D-83253 RIMSTING
PHONE+49-8051-68780 FAX+49-8051-687810

Allgemein-
toleranzen
nach
ISO 2768 -fH

Maßstab: 1:2

Hz.-Gew.:

Werkstoff:

Ft.-Gew.: 1.02kg

Variante von TS-ID:

Halbzeug (TS-ID):

			Datum	Name
		Modell	30.03.2009	IMP
		Z-Bear	28.02.2012	jz

Goniometerkopf 1003
1003 Standard mit Spitze (h=107)

Oberflaeche:	Modell-Dok.-ID	Klasse	Teilestamm-ID	Revision	Blatt 1
Spez. Umgebung:	33233	BF	24510	-	1 Bl.
Alte Klassifiz: BF-500-011-007-00					A4
Alte ID-#: 106989	Alte Z-#: 1003	Zeichnungs-Dok.-ID: 33234	TS-ID d. Vorlage:		